ASEPTINE®
A brand of Behban Shimi Co.

روش سنجش میزان گلوتار آلدهید فعال

درضدعفونی کننده سطح بالای اسپورسیدین

مرحله اول: نوار را به مدت ۱ ثانیه در نمونه محلول اسپورسیدین قرار دهید.



مرحله دوم: پس از خروج از محلول نوار را تکان دهید تا محلول اضافه روی آن برطرف شود.

مرحله سوم: ۱۵ ثانیه صبر کنید.



مرحله چهارم: رنگ نمایان شده بر روی نوار را با جدول راهنمای رنگ تطبیق دهید و نزدیکترین رنگ به رنگ نمایان شده را به عنوان جواب در نظر بگیرید.

مرحله پنجم: حتما نتایج روزانه را با ذکر شماره بچ محصول و تاریخ باز شدن درب ظرف درج و ثبت کنید.

توجه: بررسی رنگ تنها در زمان مقرر (پس از ۱۵ ثانیه)، بیانگر نتیجه واقعی است، با گذشت زمان رنگ تغییر می کند و نتیجه حاصل، کاذب خواهد بود.

تفسیر تست

مادامی که نشانگر تست اعداد ۱/۵ درصد و بالاتر را نشان می دهد محلول قابل استفاده می باشد و درصورتیکه غلظت به پایین تر از عدد فوق برسد لازم است محلول تعویض شود.

نکات:

۱. از قرار دادن نوارها در معرض نور مستقیم خورشید و رطوبت خودداری کنید.
۲. در جای خشک و خنک (کمتر از ۳۰°C) نگهداری شود.
۳. پس از بیرون آوردن هر نوار، بلافاصله درب بسته محتوی نوارها را ببندید.
۴. از لمس سر نوار (قسمت مربوط به اندیکاسیون) خودداری نمایید.

Behban Shimi
– Pharmaceutical Company –

Poster: No. HLD-01 Edition: 08.2023

واحد کنترل عفونت بیمارستان